



Statistik über die im Jahr 2020 durchgeführten Prüfungen (Stand: Dezember 2020)^{a)}:

Prüfobjekt ^{b)}	Prüfmonat	Anzahl Verfahren		Summe	Gesamt
		kurz ^{c)}	orientiert ^{d)}		
Schutzmasken					
- filtrierende Halbmasken	08-2020	16	9	25	
	09-2020	11	4	15	
	10-2020	14	13	27	
	11-2020	56	7	63	
	12-2020	209	4	213	
Zw.Summe FFP		306	37		
Summe Schutzmasken		306	37		343
Schutzhandschuhe					
	10-2020	27	8	35	
	11-2020				
	12-2020	25		25	
Summe Schutzhandschuhe		52	8		60
Schutzanzüge					
- Schutzkittel	10-2020	30		30	
	11-2020	61		61	
	12-2020	3		3	
Zw.Summe Schutzkittel		94			
Summe Schutzanzüge		94			94
Desinfektionsmittel					
	11-2020		8	8	
	12-2020				
Summe Desinfektionsmittel			8		8
Summe					505

^{a)} Aufbau der Statistik wird sich an der Entwicklung der BayPFS und den dort geprüften Prüfobjekten orientieren.

^{b)} Pro Verfahren sind bei Kurzprüfung zwischen 2 und 10, bei orientierender Prüfung zwischen 5 und 40 Prüfobjekte Gegenstand der Prüfung.

^{c)} Kurzprüfungen werden bei Untersuchungen von Atemschutzmasken für das Pandemiezentallager vorgenommen. Hierbei werden die wesentlichen Parameter (Filterleistung und Atemwiderstand) geprüft.

^{d)} Orientierende Prüfungen werden bei Masken angewandt, die der BayPFS von der bayerischen Marktüberwachung während der Pandemie beziehungsweise zur Marktbereinigung zur Untersuchung übergeben werden. Diese Prüfungen werden nach dem ZLS-Prüfgrundsatz (ZLS-PG) vorgenommen, der ein verkürztes und an einigen Stellen modifiziertes Prüfverfahren im Vergleich zu den Vorgaben der Norm DIN EN 149 darstellt.