



Statistik über die im Jahr 2021 durchgeführten Prüfungen (Stand: 18. Oktober 2021)<sup>a)</sup>:

Prüfobjekt <sup>b)</sup>	Prüfmonat	Anzahl Verfahren		Summe	Gesamt
		kurz <sup>c)</sup>	orientiert <sup>d)</sup>		
<b>Schutzmasken</b>					
- filtrierende Halbmasken	01-2021	110	6	116	
	02-2021	62	5	67	
	03-2021	41	24	65	
	04-2021	24	23	47	
	05-2021	18	18	36	
	06-2021 <sup>e)</sup>	6	23	29	
	07-2021 <sup>e)</sup>	7	15	22	
	08-2021 <sup>e)</sup>	6	10	16	
	09-2021 <sup>e)</sup>	11	5	16	
	10-2021 <sup>e) f)</sup>	5		5	
<b>Zw.Summe FFP</b>		<b>290</b>	<b>129</b>		
<b>Summe Schutzmasken</b>		<b>290</b>	<b>129</b>		<b>419</b>
<b>Schutzhandschuhe</b>					
	01-2021	46		46	
	02-2021	47		47	
	03-2021	10		10	
	04-2021	21		21	
	05-2021	52		52	
	06-2021 <sup>e)</sup>	6		6	
	07-2021 <sup>e)</sup>	5		5	
	08-2021 <sup>e)</sup>	22	3	25	
	09-2021 <sup>e)</sup>	9	2	11	
	10-2021 <sup>e) f)</sup>	1	1	2	
<b>Summe Schutzhandschuhe</b>		<b>219</b>	<b>6</b>		<b>225</b>
<b>Schutzkleidung</b>					
- Schutzkittel	01-2021	6		6	
	02-2021	1		1	
	03-2021	1		1	
	04-2021	1		1	
	05-2021	1		1	
	06-2021 <sup>e)</sup>	4		4	
	07-2021 <sup>e)</sup>				
	08-2021 <sup>e)</sup>				
	09-2021 <sup>e)</sup>				
	10-2021 <sup>e) f)</sup>				
<b>Zw.Summe Schutzkittel</b>		<b>14</b>			
<b>Summe Schutzkleidung</b>		<b>14</b>			<b>14</b>

Prüfobjekt <sup>b)</sup>	Prüfmonat	Anzahl Verfahren		Summe	Gesamt
		kurz <sup>c)</sup>	orientiert <sup>d)</sup>		
<i>Desinfektionsmittel</i>					
	01-2021				
	02-2021				
	03-2021		1	1	
	04-2021				
	05-2021				
	06-2021 <sup>e)</sup>		5	5	
	07-2021 <sup>e)</sup>		9	9	
	08-2021 <sup>e)</sup>				
	09-2021 <sup>e)</sup>		14	14	
	10-2021 <sup>e) f)</sup>				
<i>Summe Desinfektionsmittel</i>			29		29
<b>Summe</b>					<b>687</b>

a) Aufbau der Statistik wird sich an der Entwicklung der BayPfS und den dort geprüften Prüfobjekten orientieren.

b) Pro Verfahren sind bei Kurzprüfung zwischen 2 und 10, bei orientierender Prüfung zwischen 5 und 40 Prüfobjekte Gegenstand der Prüfung.

c) Kurzprüfungen werden bei Untersuchungen von Atemschutzmasken für das Pandemiezentallager vorgenommen. Hierbei werden die wesentlichen Parameter (Filterleistung und Atemwiderstand) geprüft.

d) Orientierende Prüfungen werden bei Masken angewandt, die der BayPfS von der bayerischen Marktüberwachung während der Pandemie beziehungsweise zur Marktbereinigung zur Untersuchung übergeben werden. Diese Prüfungen werden nach dem ZLS-Prüfgrundsatz (ZLS-PG) vorgenommen, der ein verkürztes und an einigen Stellen modifiziertes Prüfverfahren im Vergleich zu den Vorgaben der Norm DIN EN 149 darstellt, wobei die konkrete Prüfung durch die BayPfS gerätetechnisch bedingt an einigen Stellen von dem ZLS-PG abweicht.

e) Das vergleichsweise geringere Prüfungsvolumen ist auf Umbauten, bauliche Verbesserungen und Anschaffungen zur Verbesserung der Laborinfrastruktur zurückzuführen.

f) Erhebungsschluss 18. Oktober 2021